

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ชุดเครื่องมือผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือด
จังหวัดมหาสารคาม

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หมวดงบกลาง เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการทำหัตถการผ่าตัดผู้ป่วย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๕.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๕.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๕.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดมหาสารคาม
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

ชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญณรงค์ สิมลา)

๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้ร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๕.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๕.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

ชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญณรงค์ สิมลา)

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

คุณลักษณะเฉพาะ ชุดเครื่องมือผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือด
จังหวัดมหาสารคาม

๑. ความต้องการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้ในการทำหัตถการผ่าตัดผู้ป่วย

๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) และสามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำแรงดันสูงได้ (Autoclave) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๑ คีมหนีบทิ่มแหลมเลือดมม ๙๐ องศา แบบ Gemini ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐-๑๖๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๒ คีมหนีบทิ่มแหลมเลือดแบบ De Bakey ปากจับงอทำมุมแบบฟันจับละเอียด ชนิดไม่ทำอันตรายหลอดเลือด ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐-๑๒๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๓ คีมหนีบทิ่มแหลมเลือดแบบ Cooley ปากจับงอทำมุมเล็กน้อย ชนิดไม่ทำอันตรายหลอดเลือด ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๕-๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

ชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญณรงค์ สิมลา)

- ๔.๔ คีมหนีบทิ่มเลือด แบบ Halsted-Mosquito ชนิดโค้ง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐-๑๒๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น
- ๔.๕ คีมหนีผ้าคลุมผ่าตัด แบบ Backhaus ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐-๑๓๕ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ชิ้น
- ๔.๖ กรรไกรตัดเลาะเนื้อเยื่อ Metzenbaum ต้ามทอง ปลายปากแบบป้าน/ป้าน ปากโค้งเสริมความคมด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๕-๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๗ กรรไกรตัดเลาะเนื้อเยื่อแบบ Metzenbaum ปากตรง ปลายมน/ปลายมน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๕-๑๖๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๘ กรรไกรตัดไหมแบบ Standard ปากตรง ปลายแหลม/ปลายป้าน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐-๑๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๙ อุปกรณ์สำหรับดูดของเหลว Frazier ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๓ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๕-๒๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๑๐ ท่อดูดของเหลวแบบ Poole จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๑๑ เครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อ แบบ Weitlaner-Wullstein มีเขี้ยว ๓:๓ ปลายทุ่ ระยะการถ่างขยายสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐-๑๓๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๑๒ เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Weitlaner มีเขี้ยว ๓:๔ ชนิดปลายทุ่ ระยะการถ่างขยายสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๓ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐-๑๖๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๑๓ เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Senn-Mueller ชนิดถ่างสองด้าน ปลายแหลม ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐-๑๖๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๑๔ เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Senn-Miller ชนิดเขี้ยวทุ่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐-๑๖๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๑๕ อุปกรณ์สำหรับเป็นตัวนำเส้นเลือดเทียม ผ่านชั้นไขมันใต้ผิวหนัง เพื่อทำทางเบี่ยง (By Pass) หลอดเลือด แบบ complete set พร้อมยึดตัวอุปกรณ์ติดตั้งภายในตะแกรง จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๖ ถังบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ทำจากอะลูมิเนียมเคลือบด้วยเทคนิคอะโนไดซ์ (Anodizing) ขนาดตัวถังไม่น้อยกว่า ๔๗๕ x ๒๗๒ x ๑๑๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ถัง
- ๔.๑๗ ฝากล่องบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อแบบมีช่องใส่แผ่นกรองเชื้อจุลชีพ (Paper Filter) ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอย จำนวน ๑ ชิ้น

ชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญณรงค์ สิมลา)

- ๔.๑๘ ตะแกรงลวดสำหรับจัดเรียงเครื่องมือแบบมีหูหิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๑๙ แผ่นซิลิโคนสำหรับรองเครื่องมือ จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒๐ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ/ตัดไหม (Iris scissors) ปากตรง ปลายปากแหลม/แหลม จำนวน ๑ ชิ้น
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๕-๑๒๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒๑ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ ปากโค้ง ปลายแหลม/ปลายแหลม ความยาวไม่น้อยกว่า จำนวน ๑ ชิ้น
๑๓๐-๑๓๕ มิลลิเมตร
- ๔.๒๒ เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Alm พร้อมระบบปรับการถ่างขยายแบบหมุน จำนวน ๑ ชิ้น
(Screw) มีเขี้ยว ๔:๔ ชนิดฟันถ่างแบบทุ่ ระยะการถ่างขยายสูงสุดไม่น้อยกว่า
๗๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐-๑๐๕ มิลลิเมตร
- ๔.๒๓ เครื่องมือหนีบจับหลอดเลือดแบบ Diethrich ปากจับแบบงอทำมุม ขนาดปากจับ จำนวน ๒ ชิ้น
ไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร แรงกดปากจับไม่น้อยกว่า ๕๐ กรัม
ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕-๕๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒๔ เครื่องมือหนีบจับหลอดเลือดแบบ DeBakey-Diethrich ปากจับแบบโค้ง จำนวน ๒ ชิ้น
ขนาดปากจับไม่น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร แรงกดปากจับไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กรัม
ชนิดปากจับแบบไม่ทำลายหลอดเลือด ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕-๕๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒๕ อุปกรณ์คีบจับเนื้อเยื่อแบบ DeBakey ขนาดปลายปากไม่น้อยกว่า จำนวน ๒ ชิ้น
๑.๐-๑.๕ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐-๑๖๕ มิลลิเมตร
- ๔.๒๖ อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ DeBakey ชนิดไม่ทำลายเนื้อเยื่อ ขนาดปลายปาก จำนวน ๒ ชิ้น
ไม่น้อยกว่า ๑.๐-๑.๕ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐-๒๐๕ มิลลิเมตร
- ๔.๒๗ คีมจับหลอดเลือดแบบ Micro ปากจับแบบโค้งเล็กน้อยชนิด Diamond-Coated จำนวน ๒ ชิ้น
ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ มิลลิเมตร แบบด้ามกลม counter Balance
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐-๑๘๕ มิลลิเมตร
- ๔.๒๘ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อชนิด Adventitia ชนิดด้ามแบน ปลายปากทำมุม ๔๕ องศา จำนวน ๑ ชิ้น
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๕-๑๘๕ มิลลิเมตร
- ๔.๒๙ คีมจับเข็มเย็บแบบ Micro ปากโค้งแบบ Diamond-Coated ขนาดไม่น้อยกว่า จำนวน ๑ ชิ้น
๑.๒ มิลลิเมตร ด้ามจับแบบไม่มีระบบล็อก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า
๑๘๐-๑๘๕ มิลลิเมตร
- ๔.๓๐ คีมจับเข็มเย็บแบบ Micro ปากตรงแบบ Diamond-Coated ขนาดไม่น้อยกว่า จำนวน ๑ ชิ้น
๑.๒ มิลลิเมตร ด้ามจับแบบมีระบบล็อก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า
๑๘๐-๑๘๕ มิลลิเมตร

ชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชาญณรงค์ สิมลา)

- ๔.๓๑ กล่องบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ทำจากอะลูมิเนียมเคลือบด้วยเทคนิคอะโนไดซ์ (Anodizing) ขนาดกล่องไม่น้อยกว่า ๓๘๐ X ๒๔๔ X ๑๑๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ กล่อง
- ๔.๓๒ ฝากล่องบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อแบบมีช่องใส่แผ่นกรองเชื้อจุลชีพ (Paper Filter) ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอย จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๓๓ ตะแกรงลวดสำหรับใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๓๔ แผ่นซิลิโคนสำหรับรองเครื่องมือ จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๓๕ น้ำมันหยด Lubripen สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือผ่าตัด เป็นน้ำมันที่สามารถใช้กับเครื่องมือผ่าตัดได้ อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการติดไฟไม่ต่ำกว่า ๓๔๓ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ชิ้น
- ทำให้สามารถใช้กับเครื่องมือที่ต้องนำไป Autoclave ได้ ขนาดบรรจุไม่เกินกว่า ๑๒ มิลลิลิตร

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
- ๕.๒ บริษัทฯ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญมาติดตั้งพร้อมอบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้ดี
- ๕.๓ มีเอกสารรับรองว่ามีช่างที่ผ่านการอบรมและสามารถซ่อมเครื่องให้ได้
- ๕.๔ มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่ามีอะไหล่จำหน่ายในท้องตลาดหรือให้บริการไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO๑๓๔๘๕

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๖. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินบำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมวดงบกลาง จำนวน ๑ ชุด
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๗. งวดงานและการจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัดได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

ชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญณรงค์ สิมลา)

๙. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหาสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชาญณรงค์ สิมลา)