

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เมดิทอป จำกัด เลขที่ ๓๓๔ ซอย ลาดพร้าว๗๑(สังคมสงเคราะห์เหนือ๑)ถนน ลาดพร้าวแขวง คลองเจ้าคุณสิงห์เขต วังทองหลางจังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๓-๑๑๓๓ โดย นิสารัตน์ งามนิมิตร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและ เงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของ รัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบ
๑	BLOOD LINE SET	-	๑๐,๓๖๐ ชุด	๖๓๗,๑๔๐.๐๐	๓๖๕
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๓๗,๑๔๐.๐๐	

(หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากร อื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด อาจ รับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอัน สมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ หนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน.....กรรมการ

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกรื้อจากผู้ออกหนังสือคำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้

ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้นับข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือจังหวัด อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ จังหวัด

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกল্পฉ้อ หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทั้งหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๕๓:๓๗ น.

(นิศารัตน์ งามนิมิตร)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๓๑๓๑๒๒

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๖๑๖๐๐๓๒๔๘๑

รหัสอ้างอิง OTP svIK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๒๘๐๓๙๙๗๔

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

Blood Line Set

จังหวัดมหาสารคาม



๑. ความต้องการ สายนำเลือด (Blood Line Set)
๒. วัตถุประสงค์ เป็นสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
๓. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๓.๑ เป็นชุดนำเลือดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องไตเทียมทุกรุ่น
 - ๓.๒ ใน ๑ ชุดประกอบด้วยชุดนำเลือดแดง (Arterial Line) ๑ สาย และสายนำเลือดดำ (Venous line) ๑ สาย บรรจุในถุงปลอดเชื้อเดียวกัน
 - ๓.๓ ชุดนำเลือดผลิตจากวัสดุชนิด Medical Grade มีความปลอดภัยในการทำงาน
 - ๓.๔ ทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide บรรจุในซองพลาสติก Breathable pouch มีความคงทน ไม่ฉีกขาดง่าย ปิดสนิท
 - ๓.๕ มีตัวกรองป้องกันเชื้อโรค, น้ำ หรือเลือดเข้าเครื่อง (Transducer) ๑ ตัว และชุดให้สารละลายหรือสารน้ำ (IV set) with air plug ๑ ชุด ซึ่งรวมอยู่ใน package เดียวกันกับชุดนำเลือด
๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
 - ๔.๑ สายนำเลือดแดง (Arterial line)
 - ๔.๑.๑ สายนำเลือดแดงด้าน (Arterial Line) มีปริมาตรโดยรวม ๑๑๐ มล.
 - ๔.๑.๒ สายตัวบีบเลือด (Rolling Unit) บริเวณที่สวมเข้ากับ Blood pump มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ มม.
 - ๔.๑.๓ มีฝาปิด (Shunt Cap) สำหรับปิดปลายข้อต่อ (Shunt Joint) และมีตะขอความยาว ๓ เซนติเมตร ซึ่งสามารถเกี่ยวกับขอบภาชนะ
 - ๔.๑.๔ ภายในสายมี Clamp สำหรับปิดกั้นการไหลของเลือดในสายนำเลือดแดง
 - ๔.๑.๕ มีที่สำหรับฉีดยา (Injection site) ทำจาก Silicone และเมื่อฉีดยาแล้ว ยาไม่ไหลย้อนกลับหลังจากดึงเข็มออก มีที่จับได้ฐานสำหรับฉีดยา
 - ๔.๑.๖ มี Heparin line สายสำหรับต่อกับ Syringe ที่บรรจุป้องกันกับเลือดแข็งตัว
 - ๔.๑.๗ มีสายสำหรับต่อกับ Syringe ที่บรรจุป้องกันเลือดแข็งตัว(Heparin)
 - ๔.๑.๘ มี Pillow ที่บริเวณสายก่อนเข้าบีบเลือด กระเปาะนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงโดยสัมพันธ์กับความดันในสายนำเลือดแดง เพื่อช่วยในการประเมินการไหลของเลือด
 - ๔.๑.๙ มีชุดสาย (Saline line unit) สำหรับต่อชุดน้ำเกลือและชุดให้น้ำเกลือ IV SET เพื่อล้างและหล่อสายนำเลือดก่อนการฟอกไต
 - ๔.๑.๑๐ มีกระเปาะดักอากาศของสายนำเลือดแดง (Arterial Chamber) มีท่อ ๒ สาย คือสายไล่อากาศและให้ยา (Ventilation Line) และสายสำหรับวัดความดันในสายนำเลือดแดง (Arterial Pressure Line) สามารถดักอากาศเข้าสู่ตัวกรอง สามารถปรับระดับเลือดใน Chamber ได้ และมี Filter สำหรับกรองเลือด
 - ๔.๑.๑๑ มีข้อต่อกับตัวกรองไตเทียม (Dialyzer Connector) และฝาปิด (Cap)
 - ๔.๑.๑๒ Monitor line สายสำหรับต่อกับเครื่องไตเทียม เพื่อวัดความดันในสายนำเลือดในตำแหน่งก่อน Blood Pump

.....กรรมการ
.....กรรมการ



๔.๒ สายนำเลือดดำ (Venous line)

- ๔.๒.๑ สายนำเลือดดำด้าน Venous line มีปริมาตรโดยรวม ๘๐ มล.
- ๔.๒.๒ มีฝาปิด (Shunt Cap) สำหรับปิดปลายข้อต่อ (Shunt Joint) และมีตะขอความยาว ๓ เซนติเมตร ซึ่งสามารถเกี่ยวกับขอบภาชนะ
- ๔.๒.๓ ภายในสายมี Clamp สำหรับปิดกั้นการไหลของเลือดในสายนำเลือดดำ
- ๔.๒.๔ มีที่สำหรับฉีดยา (Injection site) ทำจาก Silicone และเมื่อฉีดยาแล้ว ยาไม่ไหลย้อนกลับหลังจากดึงเข็มออก มีที่จับใต้ฐานที่สำหรับฉีดยา
- ๔.๒.๕ สายเลือดดำมีกระเปาะดักอากาศ (Chamber) มีตัวกรอง (Filter) ความยาว ๓ เซนติเมตรอยู่ภายในท่อ มีท่อออกมา ๒ สาย คือ สายใส่อากาศ และให้ยา (Ventilation line) และสายวัดความดันในสายนำเลือดดำ (Venous Pressure line)
- ๔.๒.๖ มีตัวกรองป้องกันน้ำเข้าเครื่อง (Transducer) ที่สายวัดความดันในสายนำเลือดดำ
- ๔.๒.๗ มีข้อต่อกับตัวกรองไตเทียม (Dialyzer Connector) และฝาปิด (Cap)

๕. เงื่อนไขเฉพาะ




- ๕.๑ ต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดสถานประกอบการ นำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยื่นในวันเสนอราคา
- ๕.๒ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO ๑๓๔๘๕ ยื่นในวันเสนอราคา
- ๕.๓ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้โรงพยาบาล ต้องมีอายุการใช้งานนับจากวันผลิตไม่ต่ำกว่า ๑ ปี
- ๕.๔ ทางหน่วยไตเทียมสามารถปรับเปลี่ยน คุณลักษณะเฉพาะในส่วน of line Arterial มีส่วนประกอบของ Arterial line สำหรับวัด Arterial pressure ได้ ตามจำนวนที่ต้องการใช้โดยไม่คิดมูลค่าเพิ่ม
- ๕.๕ บรรจุภัณฑ์มีข้อความระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์สถานที่ผลิต เลขที่ผลิต และเดือน ปี ที่หมดอายุให้ชัดเจน
- ๕.๖ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ถ้าปรากฏว่ามีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอไว้ในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลมหาสารคามจะไม่รับพัสดุ หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพลงก่อนหมดอายุการใช้งานผู้ขายยินยอมให้แลกเปลี่ยนได้โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของ BLOOD LINE SET จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชุด และทางโรงพยาบาลมหาสารคามจะไม่คืนตัวอย่างให้ผู้เสนอราคาและต้องผ่านการประเมินทุกข้อตามที่โรงพยาบาลมหาสารคามกำหนด




.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

Hemodialysis Blood Tubing Set

Achieving Efficiency Filtration




Infection Port: Port for blood sampling and medication. Large finger guard protects nursing staff from needle sticks.




On line HDE can provide the largest removal of the widest range of solutes among available dialysis therapies.



Bloodline clamp completely occlude bloodline tubing makes air embolism impossible.




Drip Chamber: check arterial or venous pressure in the blood circuit, with medication port, trap air, pre-pump/post pump/custom made types available.



..... Transducer Protector designed to maintain monitoring while preventing contamination of the machine.



BIOTEQ



Hemodialysis Blood Tubing Set

Ordering information

MDR No.	Model No.	MDR No.	Model No.
MDR-03879	BT-106A	MDR-04236L	BT-102WA
	BT-106AF	MDR-04236Q	BT-102WK1
	BT-106AR	MDR-04236S	BT-102WM1
	BT-106B	MDR-04236T	BT-102WM2
	BT-106B3	MDR-04236U	BT-102XA
	BT-106B3M	MDR-04236V	BT-102XK1
	BT-102A	MDR-04236Y	BT-102ZM
	BT-102KF	MDR-04236Z	BT-102ZM1
	BT-102F	MDR-04236AA	BT-102ZM2
	BT-190	MDR-04236AB	BT-106DA2
	BT-190-1	MDR-04236AC	BT-106DA3
	BT-190-2	MDR-04236AG	BT-106QB
MDR-04236A	BT-102L	MDR-04236AH	BT-106SA
MDR-04236B	BT-102LE	MDR-04236AL	BT-106SB2
MDR-04236D	BT-102LJ	MDR-04236AP	BT-106WK
MDR-04236E	BT-102LK	MDR-04236AQ	BT-106WM
MDR-04236F	BT-102NE	MDR-04236AR	BT-106WM2
MDR-04236G	BT-102Q	MDR-04236AT	BT-106WV
MDR-04236H	BT-102QA	MDR-04236AU	BT-106XK
MDR-04236J	BT-102SM	MDR-04236AY	BT-106ZE
MDR-04236K	BT-102SO	MDR-04236AX	BT-106ZA



BIOTEQUE MEDICAL PHILIPPINE INC.
Block 14, Lots 2, 3, 4, Hermosa Ecozone
Industrial Park, Brgy, Pailhan,
Hermosa, Baatan, Philippines
<http://www.bioteq.com.tw>
Brochure No.:BT-P-BL01

BIOTEQ®

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๗๑ ๑๗๕๐ - ๕ ต่อ ๙๒๕๖

ที่ มค ๐๐๓๓.๒๐๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การชี้แจงและยืนยันการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ตามที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๔๗,๒๘๐.-บาท (สามล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวงเงิน ๓,๐๖๘,๐๐๐.-บาท (สามล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม และเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในประกาศจังหวัดมหาสารคาม โดยเสนอราคาเพียงรายเดียวคือ บริษัท เมดิทอป จำกัด เสนอราคาวัสดุการแพทย์ รายการที่ ๑ BLOOD LINE SET จำนวน ๑๐,๓๖๐ ชุดๆละ ๖๑.๕๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๗,๑๕๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้เรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงและยืนยันราคา เพื่อประโยชน์ทางราชการ ปรากฏว่าบริษัทยืนยันราคาเดิมและยืนยันตีแถม IV SET ADULT ๑๕ drop จำนวน ๑,๒๐๐ เส้นๆละ ๗.๕๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

พร้อมนี้

พร้อมนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและผู้เสนอราคาวัสดุการแพทย์ รายการที่ ๑ BLOOD LINE SET จำนวน ๑๐,๓๖๐ ชุดๆละ ๖๑.๕๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๗,๑๔๐.-บาท (หกแสน สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และยีนดีแอม IV SET ADULT ๑๕ drop จำนวน ๑,๒๐๐ เส้นๆละ ๗.๕๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(นายชวลิต สงครามยศ)

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
(นายกฤษณ์ โสภณวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
(นางสาววสุน จันทคาม)

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง ผู้แทนขาย
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

๑-

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร.....ลงวันที่ ๗ ก.ย. ๖๖
หัวหน้ากลุ่มงาน.....ลงวันที่ ๗ ก.ย. ๖๖
หัวหน้างาน.....ลงวันที่ ๗ ก.ย. ๖๖
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....ลงวันที่ ๗ ก.ย. ๖๖